
Repeatability Test

==== Shimadzu LabSolutions Browser Report ====



<< PDA >>

ID#1 Compound Name: Caffeine

Data File Name	Sample Name	Sample ID	Ret. Time	Area	Height
Caffeine 20ppm_6.lcd	Caffeine 20ppm_6	Caffeine 20ppm_6	1.344	154491	60055
Caffeine 20ppm_5.lcd	Caffeine 20ppm_5	Caffeine 20ppm_5	1.355	156402	65086
Caffeine 20ppm_4.lcd	Caffeine 20ppm_4	Caffeine 20ppm_4	1.355	156919	65319
Caffeine 20ppm_3.lcd	Caffeine 20ppm_3	Caffeine 20ppm_3	1.355	156323	64730
Caffeine 20ppm_2.lcd	Caffeine 20ppm_2	Caffeine 20ppm_2	1.355	155561	62484
Caffeine 20ppm_1.lcd	Caffeine 20ppm_1	Caffeine 20ppm_1	1.355	156233	65267
Average			1.353	155988	63823
%RSD			0.322	0.546	3.341
Maximum			1.355	156919	65319
Minimum			1.344	154491	60055
Standard Deviation			0.004	852	2132